アクアソニック 100 ゲル（滅菌済）

取扱説明書

このたびはパーカーラボラトリー社製「アクアソニック 100 ゲル（滅菌済）」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

「アクアソニック 100 ゲル（滅菌済）」は超音波検査用の粘性ゲルです。

注文コード	品番	商品名	内容量	入数
M00-000-10	01-01	アクアソニック 100 ゲル,20g,滅菌	20g／パック	48 パック／箱

注意

1. **医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないで下さい。**
2. **超音波検査の目的以外には使用しないでください。**
3. **本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。**
4. **健常皮膚以外には使用しないで下さい（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。**
5. **本品は滅菌済み製品です。再使用しないでください。**
6. **滅菌包装が破損している場合には使用しないでください。**

使用方法について

＜使用方法＞

1. 滅菌パックからゲルの入った袋を取り出し、切り取り口を切り取ります。
2. 袋から適量のゲルを取り、皮膚に塗布してください（皮膚面での必要な塗布の量や面積は、皮下の検査対象組織の形に依ります）。
3. 検査終了後、皮膚上に残ったゲルは乾いたタオル等で拭き取ってください。

使　用　期　限

使用期限（滅菌有効期限）は製品及び外箱に表示しています。

保　　管

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管してください。

連　絡　先

販売元： 村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

2015 年 6 月 8 日制定